MIRIS DMA (Milch-Analysegerät)



Anwendung:
Analyse von Milch. Es werden Fett, Eiweiß und Kohlenhydrate via MIR-Spektroskopie bestimmt.

Technische Daten:

Gewicht:	4.2 kg
Maße/mm:	11.5 x 26 x 37 cm
Angezeigter wert:	2 Dezimalstellen
Netzanschluss:	15V, 4A DC
Dauer der Analyse:	60 Sekunden

Bestelldaten:

Artikel:	**Bestell-Nr.**
MIRIS DMA (Spritze)	10-02-001-DMA
MIRIS DMA (Pumpe)	10-01-001-DMA

MIRIS Sonicator (Homogenisator)

Aerne Analytic e. K. - Dekan-Schmid-Str. 11- D-89264 Weißenhorn
Tel: +49 (0)7309-92 75 077 -Fax: +49 (0)7309-92 75 076
email: info@aerne-analytic.de



Anwendung:
Homogenisator zur Aufbereitung der Milchproben für die Analyse mit dem MIRIS DMA.

Technische Daten:

Maße:	52.5 x 36.5 x 24.5 cm
Gewicht:	11 kg
Netzanschluss:	Eingang 100-240 V ~ 50/60 Hz, 2.3A. Geräte-Netzteil: Ausgang 18 V, 100VA

Bestelldaten:

Artikel:	**Bestell-Nr.**
SONICATOR	10-04-001

Aerne Analytic e. K. - Dekan-Schmid-Str. 11- D-89264 Weißenhorn
Tel: +49 (0)7309-92 75 077 -Fax: +49 (0)7309-92 75 076
email: info@aerne-analytic.de